

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年05月08日

采购单位	漯河市中医院
项目名称	漯河市中医院医用血管造影 X 射线机球管采购项目
项目金额	125 万元
专家姓名：	闫超
工作单位：	漯河市中心医院
职 称：	工程师
专家 1 论证意见	<p>GE血管机DSA是大型高精尖技术的手术辅助类设备，功能强大，技术复杂，是医院最重要的设备之一。DSA球管是其核心部件，专机专用，必须使用原厂匹配的球管才能保证设备使用安全和图像质量，不能替代。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）项“只能从唯一供应商处采购的”规定可以采用单一来源的方式采购。</p> <p>综上所述为保证球管与设备的匹配性，保证设备的正常运行，保证设备安全性以及设备功能完整性，本项目建议采用单一来源方式采购。</p>