

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年05月08日

采购单位	漯河市中医院
项目名称	漯河市中医院医用血管造影X射线机球管采购项目
项目金额	125万元
专家3 论证意见	专家姓名：金军 工作单位：漯河医学高等专科学校 职 称：教授
	DSA球管是血管造影机的核心部件，对机器的精确性与匹配性有着严格的要求。其质量与匹配情况直接关系到设备的使用寿命、运行状态和图像质量等。GE血管机的硬件接口协议、参数及软件控制系统均需原厂匹配。其他品牌球管无法实现与主机的完全兼容。为确保设备稳定运行和临床诊疗安全，建议采用单一来源方式采购球管。