

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年05月08日

采购单位	漯河市中医院
项目名称	漯河市中医院医用血管造影X射线机球管采购项目
项目金额	125万元
专家1 论证意见	专家姓名：崔浩 工作单位：漯河市五医院 职 称：副教授
	G <sub>F</sub> 血管造影X射线机球管与原厂系统具有高匹配性，优点是强悍的“耐力”与散热，稳定的高清图像，使用寿命长。因为G <sub>F</sub> 的球管技术壁垒高，市场上基本由GF原厂厂家提供，没有完全通用的替代品。其他品牌不能满足临床使用。建议采购GF原厂的球管。同意采用单一来源的采购方式采购。