

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）
拟采购产品名称	无抽搐电休克治疗仪1套
拟采购产品金额	55万元
采购项目所属项目名称	邓州市第三人民医院电休克治疗仪采购项目
采购项目所属项目金额	55万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 进口MECT仪的长期积累的技术深度、极致的精细化设计和更高的安全冗余度。进口无抽搐电休克治疗仪（MECT）的核心优势在于其长期技术积淀带来的更高精细化与可靠性。主要体现在：采用更先进的脑刺激波形，能在确保疗效的同时降低治疗能量，有助于减少对记忆的影响；监测系统（尤其是脑电图）更为精准稳定，为医生提供更可靠的疗效判断依据；同时，在系统集成度、安全冗余设计及人性化操作细节上也通常更优。	
三、专家论证意见	

专家姓名：赵红岩

专家工作单位：郑州市

专家意见：郑州市第三人民医院拟采购的无抽搐电休克治疗仪不属于《国家禁止进口、限制进口技术目录》中的禁止或限制进口产品，国内同类设备疗效和功能远远达不到国外产品的水平，也满足不了当前医院规范化、精细化的发展需求。依据《政府采购进口产品管理办法》第七条的规定，采购人应当采购进口产品。

技术专家签字：赵红岩

2026 年 1 月 16 日