

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）
拟采购产品名称	无抽搐电休克治疗仪1套
拟采购产品金额	55万元
采购项目所属项目名称	邓州市第三人民医院电休克治疗仪采购项目
采购项目所属项目金额	55万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 进口MECT仪的长期积累的技术深度、极致的精细化设计和更高的安全冗余度。进口无抽搐电休克治疗仪（MECT）的核心优势在于其长期技术积淀带来的更高精细化与可靠性。主要体现在：采用更先进的脑刺激波形，能在确保疗效的同时降低治疗能量，有助于减少对记忆的影响；监测系统（尤其是脑电图）更为精准稳定，为医生提供更可靠的疗效判断依据；同时，在系统集成度、安全冗余设计及人性化操作细节上也通常更优。	
三、专家论证意见	

专家姓名：陈杰丽

专家工作单位：南阳市宛城区妇幼保健院

专家意见：

邓州市第三人民医院拟采购的电休克治疗仪，因国产设备部分型号可能采用“主机+外接监护模块”的模式。这种设计成本较低，灵活度高，但系统整合度和抗干扰性可能稍逊，在复杂电磁环境下出现信号干扰的几率相对更高；而进口设备通常是高度集成的单机系统。所有模块集成在一台主机内，软硬件匹配度极高，系统稳定性强，抗干扰能力好，减少连接错误和干扰的风险。且该产品不属于《中国禁止进口限制进口技术目录》中的产品，依据《政府采购法》第十条第一款和《政府采购进口产品管理办法》第七条规定，应采购进口产品。

技术专家签字：

陈杰丽

2026年1月16日