

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）
拟采购产品名称	无抽搐电休克治疗仪1套
拟采购产品金额	55万元
采购项目所属项目名称	邓州市第三人民医院电休克治疗仪采购项目
采购项目所属项目金额	55万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 进口MECT仪的长期积累的技术深度、极致的精细化设计和更高的安全冗余度。进口无抽搐电休克治疗仪（MECT）的核心优势在于其长期技术积淀带来的更高精细化与可靠性。主要体现在：采用更先进的脑刺激波形，能在确保疗效的同时降低治疗能量，有助于减少对记忆的影响；监测系统（尤其是脑电图）更为精准稳定，为医生提供更可靠的疗效判断依据；同时，在系统集成度、安全冗余设计及人性化操作细节上也通常更优。	
三、专家论证意见	

专家姓名: 刘东辉

专家工作单位: 郑州市第一人民医院

专家意见:

进口设备 ictal EEG 的采集与分析算法更为先进。能更精确地捕捉癫痫样放电的起始, 缩短持续时间, 图4) 显示清晰, 分析软件功能更强大。国产设备在信息处理精细度, 抗干扰算法如波4) 分析智能辅助存在差距。是该产品不属于《中国禁止出口限制出口技术目录》中的产品, 依据《政府信息法》第十条第一款和《反不正当竞争法》第七条规定, 允许进口该产品。

技术专家签字:

刘东辉

2020年 元月 16 日